

Протокол
итогов закупки лекарственных средств на 2022 год
способом запроса ценовых предложений

г. Алматы
 Ул. Жубанова 11

«11» мая 2022г.
 12 часов 00 минут

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» Ул. г. Алматы, адрес: г. Алматы, ул. Жубанова 11.
- Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

Основные комплектующие:		Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	
1	Дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений	Универсальное устройство для компьютерной рентгенографии, предназначенное сканирования, обработки и стирания рентгенологических изображений с запоминающих пластин, интегрированных в кассеты. Исполнение дигитайзера – настольное. Дигитайзер имеет горизонтальный кассетоприёмник. Программно-аппаратный комплекс полностью совместим со стандартом DICOM. Размеры и масса: Габариты, не более: ширина 580 мм х глубина 700 мм х высота 471 мм. Вес, не более: 30 кг. Разрешение получаемого изображения, не хуже: Контрастное разрешение при сборе данных – 20 бит на пиксель. Контрастное разрешение при выводе на процессор – 16 бит на пиксель. Геометрическое разрешение для рентгенографии: - 35х43 см – 3420 х 4218 пикселей - 24х30 см – 2304 х 2885 пикселей - 18х24 см – 1698 х 2280 пикселей Производительность с разрешением 200 мкм: - 35х43 см – не менее 60 кассет в час - 24х30 см – не менее 78 кассет в час - 18х24 см – не менее 94 кассеты в час	Шт	1	4 050 000	4 050 000
2	Рабочая станция для оптимизации радиологических изображений на базе персонального компьютера в комплекте с клавиатурой, мышью	Аппаратное обеспечение станции обработки изображений (рабочее место лаборанта): - ПК с процессором Intel Core i3 или выше; - Жесткий диск – 500 Гб или более; - ОЗУ – 4 Гб или более; - Привод 16X CD–RW и DVD–RW; - Встроенная сетевая карта 10/100/1000; - Видеокарта высокоточная с высоким разрешением; - Лицензионная ОС Windows; - Монитор диагональю 19" дюймов; - Поддержка разрешения – 1280 х 1024.	Шт	1	4 120 000	4 120 000

С.А. Сидоров *А.А. Сидоров* *А.А. Сидоров*

3	Программное обеспечение рабочей станции для оптимизации радиологических изображений на базе персонального компьютера	Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений (соответствие): Функции ПО: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых данных – DICOM, JPEG, XML (native DICOM). - Форматы импортируемых данных – XML (native DICOM). - Настраиваемые кнопки интерфейса пользователя. - Высокая степень детализации в средостении. - Четкое отображение губчатого вещества и кортикального слоя кости. - Сбалансированное представление как мягких тканей, так и перекрывающих их костных структур. - Визуализация малозаметных деталей в брюшной полости. - Отчетливое отображение имплантатов и поверхностей их контакта с костью. - Функция снижения лучевой нагрузки в педиатрии, позволяющая настроить параметры проведения исследования для любой из 5 возрастных групп (0 - 1.5, 1.6 - 5, 6 - 12, 13 - 16, 17+) - Подключение к рабочему списку оборудования DICOM и прочим устройствам (номер исследования, разделенный рабочий список (текстовый файл), рабочий список xml, пользовательская программа, массив данных). - Коды протоколов РИС: получение типов исследований непосредственно из РИС и выбор типа исследования для оптимального рабочего процесса. - Допускается конфигурирование альтернативных параметров яркости, контраста и резкости.	Шт	1	4 710 000	4 710 000
---	---	--	----	---	-----------	-----------

Обл. от Мил. Сека

		- Повышенная гибкость дает возможность диверсифицировать настройки обработки изображений (использовать различные параметры для латеральной и заднепередней (РА) проекций грудной клетки). - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0				
4	Кассеты для запоминающих пластин, Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений	Кассеты с запоминающими пластинами (соответствие): Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных пациента. Размеры кассет с пластинами: 18x24 см – 2 шт., 24x30 см – 2 шт., 35x43 см – 2 шт.	Шт	1	2 970 000	2 970 000
5	Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений	Цифровой настольный медицинский принтер с технологией прямой термопечати должен обеспечивать характеристики: - Два лотка и два формата пленки в одновременном доступе - Разрешающая способность печати, не менее – 320 dpi. - Сетевые интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP. Стандартное оснащение: оперативная память не менее (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF не менее 64 Мб. Производительность, не менее: пленка размером 8" x 10" (20,3 x 25,4 см) – 130 листов в час; пленка размером 11" x 14" (28 x 35 см) – 86 листов в час; пленка размером 14" x 17" (35 x 43 см) – 75 листов в час. Геометрическое разрешение: 11" x 14" - 3348 x 4358 пикселей; 14" x 17" - 4358 x 5232 пикселей. Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 В (50 - 60 Гц). Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. <u>Дигитайзер и термопринтер должны быть произведены одной компанией.</u> <u>Медицинская техника обязательно должна быть сертифицирована.</u>	Шт	1	1 150 000	1 150 000
	Сумма:					17 000 000,00

all of which seeds

Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:

Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:			Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «Pharmprovide»	
Основные комплектующие:							
Ед.изм							
1	Дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений	Универсальное устройство для компьютерной рентгенографии, предназначенное сканирования, обработки и стирания рентгенологических изображений с запоминающих пластин, интегрированных в кассеты. Исполнение дигитайзера – настольное. Дигитайзер имеет горизонтальный касетоприёмник. Программно-аппаратный комплекс полностью совместим со стандартом DICOM. Размеры и масса: Габариты, не более: ширина 580 мм х глубина 700 мм х высота 471 мм. Вес, не более: 30 кг. Разрешение получаемого изображения, не хуже: Контрастное разрешение при сборе данных – 20 бит на пиксель. Контрастное разрешение при выводе на процессор – 16 бит на пиксель. Геометрическое разрешение для рентгенографии: - 35х43 см – 3420 х 4218 пикселей - 24х30 см – 2304 х 2885 пикселей - 18х24 см – 1698 х 2280 пикселей Производительность с разрешением 200 мкм: - 35х43 см – не менее 60 кассет в	Шт	1	4 050 000	4 050 000	4 050 000,00

Сделано в *Pharmprovide*

		час - 24x30 см – не менее 78 кассет в час - 18x24 см – не менее 94 кассеты в час					
2	Рабочая станция для оптимизации радиологических изображений на базе персонального компьютера в комплекте с клавиатурой, мышью	Аппаратное обеспечение станции обработки изображений (рабочее место лаборанта): - ПК с процессором Intel Core i3 или выше; - Жесткий диск – 500 Гб или более; - ОЗУ – 4 Гб или более; - Привод 16X CD-RW и DVD-RW; - Встроенная сетевая карта 10/100/1000; - Видеокарта высокоточная с высоким разрешением; - Лицензионная ОС Windows; - Монитор диагональю 19" дюймов; - Поддержка разрешения – 1280 x 1024.	Шт	1	4 120 000	4 120 000	4 120 000,00
3	Программное обеспечение рабочей станции для оптимизации радиологических изображений на базе персонального компьютера	Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений (соответствие): Функции ПО: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость).	Шт	1	4 710 000	4 710 000	4 710 000,00

С.В. Сидоров *А.В. Сидоров*

		- Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых данных – DICOM, JPEG, XML (native DICOM). - Форматы импортируемых данных – XML (native DICOM). - Настраиваемые кнопки интерфейса пользователя. - Высокая степень детализации в средостении. - Четкое отображение губчатого вещества и кортикального слоя кости. - Сбалансированное представление как мягких тканей, так и перекрывающих их костных структур. - Визуализация малозаметных деталей в брюшной полости. - Отчетливое отображение имплантатов и поверхностей их контакта с костью. - Функция снижения лучевой нагрузки в педиатрии, позволяющая настроить параметры проведения исследования для любой из 5 возрастных групп (0 - 1.5, 1.6 - 5, 6 - 12, 13 -16, 17+) -Подключение к рабочему списку оборудования DICOM и прочим устройствам (номер исследования, разделенный рабочий список (текстовый файл), рабочий список xml, пользовательская программа, массив данных). - Коды протоколов РИС: получение типов исследований					
--	--	---	--	--	--	--	--

Сделано в 2014 году

		непосредственно из РИС и выбор типа исследования для оптимального рабочего процесса. - Допускается конфигурирование альтернативных параметров яркости, контраста и резкости. - Повышенная гибкость дает возможность диверсифицировать настройки обработки изображений (использовать различные параметры для латеральной и заднепередней (РА) проекций грудной клетки). - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0					
4	Кассеты для запоминающих пластин, Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений	Кассеты с запоминающими пластинами (соответствие): Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных пациента. Размеры кассет с пластинами: 18x24 см – 2 шт., 24x30 см – 2 шт., 35x43 см – 2 шт.	Шт	1	2 970 000	2 970 000	2 970 000,00
5	Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений	Цифровой настольный медицинский принтер с технологией прямой термопечати должен обеспечивать характеристики: - Два лотка и два формата пленки в одновременном доступе - Разрешающая способность печати, не менее – 320 dpi. - Сетевые интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP. Стандартное оснащение: оперативная память не менее (ОЗУ) 512 Мб, внешнее	Шт	1	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00

Сделано в 2020 году

	запоминающее устройство - флэш-карта формата CF не менее 64 Мб. Производительность, не менее: плёнка размером 8" x 10" (20,3 x 25,4 см) – 130 листов в час; плёнка размером 11" x 14" (28 x 35 см) – 86 листов в час; плёнка размером 14" x 17" (35 x 43 см) – 75 листов в час. Геометрическое разрешение: 11" x 14" - 3348 x 4358 пикселей; 14" x 17" - 4358 x 5232 пикселей. Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 В (50 - 60 Гц). Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. <u>Дигитайзер и термопринтер должны быть произведены одной компанией.</u> <u>Медицинская техника обязательно должна быть сертифицирована.</u>					
Сумма:					17 000 000,00	17 000 000,00

С.В.Р. и М.В.Р.

3. Дата и время представления ценового предложения:

- TOO "Pharmprovide" 05.05.2022 г., в 10:45

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупок или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

1) TOO "Pharmprovide" г. Алматы, ул.Блюка 14 (лоты № 1, 2, 3, 4, 5) сумма договора 17 000 000,00 тенге

5. Потенциальные поставщики, ценовые предложения которых не соответствуют требуемым техническим характеристикам товаров:
- отсутствуют

6. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
- отсутствуют

7. Поставщики, указанные в пункте 4, в срок должны представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным Главой 9 пунктом 102 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Состав комиссии:

Омарова К.С. (И.о.Заместитель директора по МЧ) – председатель комиссии

Мусаева Н.Н. (И.о.Заместитель по ОМР – заместитель председателя)

Рыскелдиева Ф.Ж. (Главная медсестра) – член комиссии

Бектуров А.И. (провизор) – член комиссии

Хамитова А.З. (Бух по материалам) – член комиссии

Секретарь комиссии: Сатыбалдиева М.А. – государственных закупок

